

## 物品購入仕様書

### 1 適用

本仕様書は、「血液培養自動分析装置 購入」に適用する。

### 2 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、血液培養自動分析装置を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

### 3 購入物品構成

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

BD バクテック FX 血液培養自動分析装置 1 式

#### 物品内訳

商品名	規格	数量	単位
BD バクテック FX(TOP) 本体	441385	1	台
デジタルサーモメータ	441370	2	個
BD バクテック 延長コード	252277	1	本
BD バクテック FX ジャパンスタンド	252295	1	台
BD バクテック FX オンライン接続	252345	1	個
FME用 日本語プリンター	252406	1	台

### 4 購入物品使用

- (1) 10分毎24時間の連続測定が可能であること
- (2) 微生物の発育性能を高める為に振盪培養をおこなうこと
- (3) ボトルのCO2センサーの蛍光量を光検出器で測定し陽性解析を行う機能を有すること
- (4) 分析装置1台あたりの同時処理能力は200ボトル以上であること
- (5) 分析装置1台あたりのサイズは、高さ100cm×幅70cm×奥行き90cm以下の設計であること
- (6) 機器のキャリブレーションを自動で行う機能を有すること
- (7) 抗菌薬吸着剤を含有しているボトルを装填できること
- (8) タッチスクリーンおよび印刷物は日本語表記であること
- (9) ボトルをステーションに装填する際、確実に装填されたことを音で確認できること
- (10) すべてのボトルに共通するアルゴリズムと、各ボトルに専用のアルゴリズムを持っていること
- (11) 血液検体から前処理なく抗酸菌検出できるボトルのO2センサー蛍光量変化を測定できること

### 5 履行場所

東京都町田市旭町二丁目15番41号 町田市民病院

6 履行期限

2020年 11月 30日

7 納品方法

- ① 納品日時は、甲・乙協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。
- ② 納品時間は、8時30分から17時までとする。
- ③ 納品は、履行場所に搬入するものとする。
- ④ 既存機器は、乙にて撤去処分すること。

8 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行いその結果合格と認めたと、乙の請求に基づき代金を支払うものとする。

9 提出書類

保証書および取扱説明書2部

10 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

11 試運転および運転指導

血液培養自動分析装置の設置後、履行期限内に試運転確認を実施すること。試運転については担当職員立会のもと実施するとともに、当院職員等に対して取扱説明を行うこと。

12 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。