

物品購入仕様書

1. 適用

本仕様書は、「産科施設備品 産婦人科用検診台 購入」に適用する。

2. 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、産科施設備品 産婦人科用検診台 を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3. 購入物品仕様

産婦人科用検診台 1台

(1) 構成

タカラベルモント社製 DG-770N

DG-770N 1式

クスコ掛け 1個

(2) 機器仕様

(1) 本体に電動油圧式回転機能を有し、110度の左右切替式回転が可能なこと。

(2) 赤外線を使用したワイヤレスフットスイッチを有すること。

(3) 左右片脚のみのセレクト開脚機能を有すること。

(4) 本体の上昇下降及びチルトアップ/ダウンのプリセット機能を有するほか、オートリターン機能を有すること。

(5) 検診台の動きに合わせた音声案内機能を有すること。

(6) 汚水トレイは腐食に強い樹脂製であり、且つ前後スライド機能を有すること。

(7) 本体設置寸法は幅 700mm*奥行 1260mm 以下で、既存の診察室での使用が可能であること。

4. 履行場所

東京都町田市旭町二丁目15番41号 町田市民病院 産婦人科

5. 履行期限

2021年3月31日

6. 納品方法

①納品日時は、甲・乙協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。

②納品時間は、8時30分から17時までとする。

③納品は、履行場所に搬入するものとする。

④梱包材は甲にて回収すること。

7. 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行いその結果合格と認めたあと、乙の請求に基づき代金を支払うものとする。

8. 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

9. 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。